

Bästa kund,

Med anledning av att Philips p.g.a. produktionsstopp inte kan leverera skalpelektrod med artikelnummer **989803137631**, kan vi istället erbjuda en ersättningsprodukt från Rocket Medical (för mer information om företaget se hemsida: <https://sales.rocketmedical.com/about-us>).

Skalpelektroden har artikelnummer R57008-00-FM och är helt kompatibel med Philips CTG apparater och tillbehör. Inga nya adaptrar eller liknande behövs. För mer information, se hemsida: <https://sales.rocketmedical.com/products/perinatal/fetal-heart-rate-monitoring/rocket-copeland-fetal-scalp-electrode-2118>

Dock har den ett annat utseende och handhavande vid applicering av skalpelektroden.

Det är ett enklare handgrepp som dessutom möjliggör att applicera elektroden på nytt om den inte fäster, istället för att som nu ta en ny skalp för att försöka igen.

Denna skalpelektrod används med stor framgång runt om i världen, och närmast i Storbritannien och Finland där den helt tagit över marknaden.

Den nya produkten har annat artikelnummer och ändrat förpackningsutseende, se bild nedan.

**Artikelnummer: R57008-00-FM.**

Avtalspriset är oförändrat.

Vid frågor angående detta kontakta vår produktspecialist Lars-Erik Bagge, mobil 076-525 79 65, e-post [lars-erik.bagge@vingmed.se](mailto:lars-erik.bagge@vingmed.se) eller kundservice på tel. 08-583 593 00, e-post [order@vingmed.se](mailto:order@vingmed.se).

Med vänlig hälsning

VINGMED AB

Mattias Djerf

Försäljningschef

